

**PARECER DA COMISSÃO E HOMOLOGAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO DE COTAÇÃO ELETRÔNICA  
DE PREÇOS Nº 02/2026**

Em cumprimento ao que determina a Cotação Eletrônica de Preço nº 02/2026 apresentamos para sua apreciação, este PARECER referente à Aquisição do equipamento PET SCAN CT.

A Comissão recebeu propostas das seguintes empresas:

- STRATTNER & CIA LTDA
- GE PRECISION HEALTHCARE LLC

A Comissão, após minuciosa análise das propostas apresentadas, deu sequência no processo do certame, com as seguintes definições:

- **ITEM :** Equipamento PET SCAN CT

**Empresa Participante:**

Empresa	Valor Total
STRATTNER	U\$ 1.458.552,23
GE	U\$ 1.548.664,58

**Situação: APROVADO**

**Empresa: STRATTNER**

**Equipamento Ofertado:** Marca United Imaging, modelo uMI 550, Registro ANVISA: nº 81464750167

**Motivo:**

- Após análise técnica da documentação apresentada, verifica-se que o equipamento ofertado atende integralmente às especificações técnicas estabelecidas no edital, estando em conformidade com os requisitos mínimos exigidos.

Adicionalmente, o valor proposto mostra-se compatível com os praticados no mercado para equipamentos com características equivalentes.

**Conclusão:** Proposta tecnicamente habilitada.

**Situação: DESCLASSIFICADO**

**Empresa: GE**



**Equipamento Ofertado:** Marca GE Healthcare, modelo Omni Legend, Registro ANVISA: nº 80071260440.

**Motivo:**

- Após análise técnica da proposta apresentada, verificou-se que o equipamento ofertado não atende integralmente às especificações técnicas estabelecidas no edital, conforme segue:

- O edital exige FOV axial mínimo de 24 cm para equipamentos com aquisição em modo step & shoot;
- O versão do modelo ofertado apresenta FOV axial de 21 cm, conforme documentação técnica apresentada pelo fabricante.

Tal divergência configura não atendimento a requisito técnico mínimo objetivo, impactando diretamente a cobertura axial por posição de leito e, conseqüentemente, a eficiência operacional do equipamento.

**Conclusão:** Proposta tecnicamente inabilitada, por não atendimento ao descritivo técnico.

Dessa forma, a Comissão encerra a presente Cotação Eletrônica de Preços, e encaminha para homologação do Diretor Geral.

Ijuí, 11 de Maio 2026.

ARTUR ROSAMOVITZ Presidente	
AMANDA REGINA MAAS BALDISSERA Secretária	
EDENILSO TONIELO Membro	

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

Homologo o presente processo de cotação conforme parecer da Comissão.

\_\_\_\_\_  
Associação Hospital de Caridade Ijuí

Ijuí, 11 de Maio 2026.