

ANEXO I – DESCRITIVO TÉCNICO

Item	DESCRIÇÃO TÉCNICA	QTD
1	CAMA HOSPITALAR TIPO FOWLER ELÉTRICA Cama hospitalar elétrica adulto com mínimo 04 motores ou acionadores elétricos. Leito construído em aço com pintura eletrostática. Cabeceira, peseira e grades laterais bipartidas confeccionadas em material termoplástico. Base articulada e subdividida em 04 secções, com estrado (estrutura que acomoda o colchão) em termoplástico leve e resistente removíveis gerando fácil acesso aos motores e limpeza. Leito com variação da altura da base do leito entre mínimo de 39cm e 75cm Capacidade de carga segura mínimo 220 kg. Dimensões máximas da cama largura cm 105cm e comprimento 240cm, trendelenburg e reverso mínimo de +/- 14 graus, elevação de joelhos/pernas mínimo 28 graus, elevação de fawler a 60 graus; extensor de cama mínimo de 20cm. Posição vascular automático (proclive ou posição v), com sistema de articulação automático e sincronizado, para que o paciente não escorregue nas posições vascular, cadeira e cardíaca; possuir único botão para posição de cadeira; botão para posicionar a cama na posição zero e indicador de posição mais baixa . Cabeceira e peseira removíveis. Controles elétricos com sistema de trava de proteção por membranas internas para o paciente, externas para enfermagem ou controle com fio. Possuir local para bolsas coletoras no mínimo 3 de cada lado. Deve possuir 4 soquetes para suporte de soro nas extremidades da cama. Deve possuir alavanca de pcr para destravamento mecânico e sistema elétrico por botão cpr ou equivalente (parada cárdio respiratória) permitindo que a cama fique na posição horizontal com resposta rápida para procedimento de emergência. Deve possuir no mínimo 4 rodízios com mínimo 15cm blindados contra entrada sujidades, freio central por pedal ou barra com travamento das 4 rodas acionados em ambos os lados da cama. Para facilitar a dirigibilidade da cama no transporte deve possuir 5ª roda ou sistema que proporcione esta funcionalidade. Indicador de ângulo embutido nas grades da cabeceira e peseira e dos dois lados. Acionamento das grades com amortecimento através de pistão com sistema de amortecimento independente possibilitando um único toque e a grade desça sozinha, deixando as mãos livres, as grades devem fechar o leito ou permitir uma rota de fuga, tendo somente os espaços entre elas com sistema de antiesmagamento das mãos. Alimentação bivolt automática. Acionamento dos movimentos no caso de falta de energia elétrica da rede através de bateria interna recarregável com vida útil mínima de 2 anos. Acompanhar manual técnico e usuário. A cama deve atender a abnt nbr iec 60601-2-52:2013 versão corrigida: 2013. Deve acompanhar um suporte de soro e colchão com sistema para prevenção de úlceras de pressão, revestida por capa de material	04



	impermeável, com cobertura retardante de fogo, com dimensões e capacidade compatíveis com o tamanho do leito e carga segura da cama. Incluir garantia mínima de 24 meses, instalação, suporte técnico, treinamento operacional obrigatório. É necessário assistência técnica homologado pela fábrica no estado do RS, com disponibilidade de peças de reposição por 10 anos.	
--	--	--